

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 钱岭	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 常州市中医院	
项目信息	项目名称： 常州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购	
	供应商名称： 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	采购人现有胃肠镜主机为日本奥林巴斯品牌，目前无任何国产内镜主机可以兼容奥林巴斯的主机，仅国产内窥镜主机可以搭配国产现有胃肠镜主机使用，开展检查诊断工作，具有不可替代性，为了保证医疗设备技术标准的完整性、整体清晰性、兼容性、兼容性等，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，经申请采用单一来源采购方式，经常州市财政局审核同意进行单一来源采购，该合同与日本奥林巴斯所签订的合同在技术规格上完全一致。	
专业人员签字	钱岭	日期 2025 年 5 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙继东	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常州市儿童医院	
项目信息	项目名称: 常州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购	
	供应商名称: 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	医院现有主机为日本奥林巴斯, 目前无其他品牌可以兼容, 仅原品牌可搭配现有主机开展检查工作, 具有不可替代性。同时为了保证原设备整体技术指标的完整性、图像清晰度、系统稳定性等性能要求, 根据政府采购法第三十条, 符合单一来源采购要求。建议与品牌唯一授权商常州科曼医疗器材有限公司进行单一来源谈判采购。	
专业人员签字	孙继东	日期 2025年5月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈亚东	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	常州市第二人民医院	
项目信息	项目名称:	常州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购	
	供应商名称:	常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	经本人查阅相关资料认为该品牌为目前市场上 同类产品。目前无其他品牌可以替代。仅 原品牌可以兼容使用。使用其他品牌 产品。且不可替代。故建议采购 原品牌产品。符合招标文件要求。 建议采购同品牌内窥镜。采购数量 不超过10台。符合招标文件要求。 符合招标文件要求。建议采购同品牌内窥镜。 符合招标文件要求。建议采购同品牌内窥镜。 符合招标文件要求。建议采购同品牌内窥镜。		
专业人员签字	陈亚东	日期	2025年5月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。